

absolute Abweichungen nach Rilibäk für XP 300

Charge: 41950821 (low) bis 19.10.2024

| Parameter | konventionell | Zielwert | | SI |
|------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------|
| WBC | 0,2275 | | 3,5 | 0,2275 |
| RBC | 0,1076 | | 2,69 | 0,1076 |
| HGB | 0,256 | 6,4 | 4,0 | 0,16 |
| HCT | 0,94 | 18,8 | 0,188 | 0,0094 |
| PLT | 11,475 | | 85 | 11,475 |

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 41950822 (normal) bis 19.10.2024

| Parameter | konventionell | Zielwert | | SI |
|------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------|
| WBC | 0,455 | | 7 | 0,455 |
| RBC | 0,1772 | | 4,43 | 0,1772 |
| HGB | 0,468 | 11,7 | 7,2 | 0,288 |
| HCT | 1,665 | 33,3 | 0,333 | 0,01665 |
| PLT | 19,295 | | 227 | 19,295 |

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 41950823 (high) bis 19.10.2024

| Parameter | konventionell | Zielwert | | SI |
|------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------|
| WBC | 1,1635 | | 17,9 | 1,1635 |
| RBC | 0,2148 | | 5,37 | 0,2148 |
| HGB | 0,66 | 16,5 | 10,3 | 0,412 |
| HCT | 2,3 | 46,0 | 0,460 | 0,023 |
| PLT | 40,125 | | 535 | 40,125 |

* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr