

### absolute Abweichungen nach Rilibäk für XP 300

**Charge: 42790821 ( low ) bis 11.01.2025**

Parameter	konventionell		Zielwert	SI	
WBC	0,221		3,4	0,221	
RBC	0,106		2,65	0,106	
HGB	0,248	6,2		3,9	0,156
HCT	0,91	18,2		0,182	0,0091
PLT	12,015		89		12,015

\* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

**Charge: 42790822 ( normal ) bis 11.01.2025**

Parameter	konventionell		Zielwert	SI	
WBC	0,4615		7,1	0,4615	
RBC	0,178		4,45	0,178	
HGB	0,476	11,9		7,4	0,296
HCT	1,7	34,0		0,340	0,017
PLT	18,615		219		18,615

\* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

**Charge: 42790823 ( high ) bis 11.01.2025**

Parameter	konventionell		Zielwert	SI	
WBC	1,118		17,2	1,118	
RBC	0,2136		5,34	0,2136	
HGB	0,636	15,9		9,9	0,396
HCT	2,23	44,6		0,446	0,0223
PLT	39,45		526		39,45

\* hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr