

absolute Abweichungen nach Rilibäk für poch 100i

Charge: 41950821 (low) bis 19.10.2024

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	0,221		3,4		0,221
RBC	0,1096		2,74		0,1096
HGB	0,26	6,5		4,0	0,16
HCT	0,995	19,9		0,199	0,00995
PLT	10,935		81		10,935

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 41950822 (normal) bis 19.10.2024

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	0,4485		6,9		0,4485
RBC	0,1828		4,57		0,1828
HGB	0,476	11,9		7,4	0,296
HCT	1,78	35,6		0,356	0,0178
PLT	18,275		215		18,275

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 41950823 (high) bis 19.10.2024

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	1,144		17,6		1,144
RBC	0,2212		5,53		0,2212
HGB	0,676	16,9		10,5	0,42
HCT	2,47	49,4		0,494	0,0247
PLT	37,65		502		37,65

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr