

absolute Abweichungen nach Rilibäk für poch 100i

Charge: 42790821 (low) bis 11.01.2025

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	0,2145		3,3		0,2145
RBC	0,1076		2,69		0,1076
HGB	0,248	6,2		3,9	0,156
HCT	0,96	19,2		0,192	0,0096
PLT	11,205		83		11,205

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 42790822 (normal) bis 11.01.2025

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	0,4485		6,9		0,4485
RBC	0,1832		4,58		0,1832
HGB	0,484	12,1		7,5	0,3
HCT	1,805	36,1		0,361	0,01805
PLT	17,935		211		17,935

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr

Charge: 42790823 (high) bis 11.01.2025

Parameter	konventionell		Zielwert		SI
WBC	1,1245		17,3		1,1245
RBC	0,2204		5,51		0,2204
HGB	0,652	16,3		10,1	0,404
HCT	2,385	47,7		0,477	0,02385
PLT	37,425		499		37,425

hier muss eventuell gerundet werden

Werte ohne Gewähr